



Zubehör

- Gerät mit 3 Kabel und eingesteckter Chipkarte
- Akku
- Hygienetasche mit Nacken- und Brustgurt
- Selbstklebeelektroden
- Auftragsformular, Patientenprotokoll und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät mit eingestecktem Akku, Chipkarte, Auftragsformular und Patientenprotokoll zurück.

- per Kundendienst
- per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etiketle aus Sichtfeld ziehen und wenden
→ Adresse Viollier AG wird sichtbar
- Etiketle wieder in das Sichtfeld einschieben
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen
- Viollier übernimmt die Frankatur



Herz-Lungen-Praxis | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | viollier.ch
Montag – Freitag 07:30 – 18:00 h

© by Viollier AG / 02.2023 / 16930



AN LEITUNG

24h-EKG



Wichtige Informationen

Gerät und Akku erst beim Patienten zusammenschliessen. Die Aufnahme beginnt, sobald das Gerät und der Akku zusammengesteckt sind.

- Nach Beendigung der Aufzeichnung das Gerät zusammengesteckt zurücksenden.
- Geeignet für Patienten ab 10 kg.
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.

Patientenprotokoll

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patientenprotokoll korrekt und vollständig auszufüllen.

Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden, keinen Bleistift.

Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.

Datum und Zeit von Beschwerden, aussergewöhnlichen Aktivitäten, Medikamenten und Schlafphase eintragen.


Identifikation und Analyse

- Personalien des Patienten
- Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
- Die von Viollier eingetragene Geräte-, Chip- und Akkummer auf dem Auftragsformular

Geräte-Nr.	006	Manschetten-Nr.	
Chip-Nr.	659	Akku-Nr.	010


Bitte benutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

Anlegen des Gerätes




Gerät starten

- Haut mit Ethanol 70% entfetten und Haare rasieren, damit die Elektroden optimal kleben.
- Gerät und Akku fest zusammenschieben, rastet hörbar ein.
- Unterhalb der Ereignistaste **1** erscheint zuerst kurz ein schnell blinkendes **grünes Licht 2**, dann ein **rotes Licht 3** und dann ein langsam blinkendes **grünes Licht 2**. Das Gerät ist bereit zur Aufzeichnung.
- Grünes Kabel durch das kleine Loch am unteren Ende der Hygienetasche **4** ziehen und Gerät hineinschieben.



Gerät montieren

- Gerät in der Hygienetasche um den Hals fixieren → **dunkelgraue Ereignistaste 1** muss nach vorne gerichtet sein.
- Selbstklebelektroden gemäss Abbildung positionieren.
- Kabel mit den entsprechenden Farben anschliessen: **rot grün gelb**



Aufzeichnungsmodus kontrollieren

Grünes Licht: Aufzeichnung gewährleistet

Rotes Licht: Aufzeichnung beendet, Gerät demontieren und zurücksenden.

Die Aufzeichnung endet nach 24 Stunden automatisch.

Gerät **5** in der Hygienetasche mit Gurt um den Hals tragen und um die Brust fixieren.

