

Accessori

- Apparecchio con astuccio e cinghia da collo regolabile
- Cinghia toracica regolabile (lunga) e velcro (corto) per la fissazione al polso
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito
- Sensore nasale con cavo di collegamento inserito
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedire l'apparecchio con cavi inseriti, cinghia, velcro, sensore della saturazione di ossigeno e formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela consegna allo studio medico
- Tramite DPD consegna presso un Pickup parcelshop
- → dpdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di restituzione appropriata (nella custodia) nel campo visivo
- → l'indirizzo Viollier AG compare
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa





Informazioni importanti

Non avviare l'apparecchio a titolo di prova → l'apparecchio non può più essere spento.


- Prima dell'esame rimuovere lo smalto e le applicazioni sulle unghie.
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un utilizzo contemporaneo.
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 20 kg.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.



Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente. Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita.

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.



Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di sensore da dito indicato da Viollier nel formulario di richiesta





Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio



Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- L'apparecchio e la cinghia non vanno indossati direttamente sulla pelle.
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa.
- Tirare bene la cinghia del torace, tuttavia non così stretta da limitare la respirazione.
- Applicare il sensore nasale al di sotto del naso.
 Piazzare l'apertura 2 nelle narici.
- Far passare il cavo dietro le orecchie, stringere il dispositivo per il fissaggio del cavo sotto al mento e adattarlo.



Fissare il sensore da dito

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore da dito fino a quando è visibile il polpastrello. → durante la notte è consentito spostare il sensore da un dito 4 all'altro.
- Adatti sono: indice, medio, anulare (senza smalto).
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso.



Avviare l'apparecchio

- Tenere premuto il tasto start anteriore blu 5
 per 3 secondi.
- Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la luce verde 5. Se accanto appare una luce rossa 7, il sensore del dito non è applicato correttamente.
- → voglia per favore correggere.
- Nel caso il sensore da dito / sensore nasale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente.
- → La mattina smontare l'apparecchio e rispedirlo. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore.

