

# AN LEITUNG



## Polygrafie



### Zubehör

- Gerät mit Tasche und Nackengurt
- Verstellbarer Brust- und Bauchgurt (lang) mit zwei integrierten Thoraxsensoren und einem Abdomensor
- Sauerstoffsättigungssensor mit eingestecktem Verbindungsleitungskabel und Klettband (kurz) für Fixation am Handgelenk
- Nasensor mit eingestecktem Verbindungsleitungskabel
- Auftragsformular, Patientenprotokoll und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

### Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät mit eingesteckten Kabeln, Gurten, Klettband, Thorax- und Abdomensor, Sauerstoffsättigungssensor, Auftragsformular und Patientenprotokoll zurück. Die Versandkosten übernimmt Viollier.

- Per Kundendienst – Abgabe in der Praxis
- Per DPD – Abgabe an einem Pickup parcelshop → dpdgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etikette aus Sichtfeld entfernen
- Entsprechende Retourenetikette (im Koffer) in das Sichtfeld schieben  
→ **Adresse Viollier AG wird sichtbar**
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen

© by Viollier AG / 06.2024 / 14680

**VIOLLIER**

# Wichtige Informationen


## **Gerät nicht probeweise starten → Das Gerät kann nicht wieder abgeschaltet werden.**

- Nagellack, Gelnägel oder Fingernagelaufsätze vor der Untersuchung entfernen.
- Sauerstoffsättigungssensor nicht an der gleichen Extremität anlegen wie die Manschette des 24h-Blutdruckgeräts, falls dieses zeitgleich getragen wird.
- Gerät vor dem Zubettgehen montieren und starten.
- Aufnahmedauer max. 8 Stunden, geeignet für Patienten ab 50 kg.
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.

# Anlegen des Geräts

## **Gerät vor dem Zubettgehen montieren**

- Gerät, Brust- und Bauchgurt nicht direkt auf der Haut tragen.
- Nackengurt samt Gerät über den Kopf ziehen.
- Das Gerät mit dem Brustgurt **1** mittig auf der Höhe des Brustbeins fixieren → bei Frauen um den oberen Brustbereich.
- Abdomensensor mit dem Bauchgurt **2** zum unteren Bauch (auf Höhe des Bauchnabels) ziehen. Die Drucksensoren müssen sich auf der Gurttinnenseite befinden.
- Beide Gurte straff anziehen, jedoch nicht so eng, dass sie die Atmung einschränken.
- Nasensensor unter der Nase ansetzen. Die Öffnung **3** in die Nasenlöcher platzieren.
- Kabel hinter die Ohren führen, Kabelschieber **4** unter dem Kinn anziehen und anpassen.



## Patientenprotokoll

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patientenprotokoll korrekt und vollständig auszufüllen.

Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden, keinen Bleistift.  
Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.

 <b>VIOLIER</b> Patientenprotokoll Pneumologie <small>Spieldaten und technische Daten des Patientenmonitoring-Systems</small>	Datum: 12.07.2018 Uhrzeit: 10:00 Patienten-ID: 010 Name: Peter Müller Adresse: Musterstraße 10 PLZ: 47123 Altenhof  <b>Spieldaten:</b> Alter: 50 Jahre Geschlecht: männlich Größe: 180 cm Gewicht: 80 kg Blutgruppe: A+ Allergien: keine Erkrankungen: keine Medikamente: keine  <b>Technische Daten:</b> System-ID: 010 Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten  <b>Ergebnisse:</b> Herzschlag: 72 BPM Blutdruck: 120/80 mmHg Sauerstoff: 98% Temperatur: 37.2°C  <b>Notizen:</b> Notizen: keine  <b>Zeichen:</b> Zeichen: keine  <b>Signatur:</b> Signatur: keine
--	--

## Identifikation und Analyse


- Personalien des Patienten
  - Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
  - Die von Violier eingetragene Gerätenummer und Fingersensornummer auf dem Auftragsformular
- Gerät-Nr. **010**
Fingersensor-Nr. **015**

Bitte benützen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

- Am Morgen das Gerät demontieren und zurücksenden.
- Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.

→ Am Morgen das Gerät demontieren und zurücksenden.

Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.



→ VIOLIER

 <b>VIOLIER</b> Kardiologie – Pneumologie Spieldaten und technische Daten vom 12.07.2018 bis 13.07.2018  <b>Personalien:</b> Name: Peter Müller Vorname: Müller Geschlecht: männlich Alter: 50 Adresse: Musterstraße 10 PLZ: 47123 Altenhof  <b>Technische Daten:</b> System-ID: 010 Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten  <b>Ergebnisse:</b> Herzschlag: 72 BPM Blutdruck: 120/80 mmHg Sauerstoff: 98% Temperatur: 37.2°C  <b>Notizen:</b> Notizen: keine  <b>Zeichen:</b> Zeichen: keine  <b>Signatur:</b> Signatur: keine	Datum: 12.07.2018 Uhrzeit: 10:00 Patienten-ID: 010 Name: Peter Müller Adresse: Musterstraße 10 PLZ: 47123 Altenhof  <b>Spieldaten:</b> Alter: 50 Jahre Geschlecht: männlich Größe: 180 cm Gewicht: 80 kg Blutgruppe: A+ Allergien: keine Erkrankungen: keine Medikamente: keine  <b>Technische Daten:</b> System-ID: 010 Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten Gerätetyp: Pneumologie Gerätetyp: Spieldaten  <b>Ergebnisse:</b> Herzschlag: 72 BPM Blutdruck: 120/80 mmHg Sauerstoff: 98% Temperatur: 37.2°C  <b>Notizen:</b> Notizen: keine  <b>Zeichen:</b> Zeichen: keine  <b>Signatur:</b> Signatur: keine
--	--